



SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 77 DEL 14.06.2011

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE CAPP A RIDUZIONE IN DOTAZIONE U.O. ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA P.O. DI ORISTANO. DITTA KALTEK. CIG ZBF0077091

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i;

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 824 del 09.07.2008 con il quale è stata nominata l'Ing. Barbara Podda Direttore del Servizio Ingegneria Clinica;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia nonché la successiva deliberazione del Direttore Generale n° 411 del 12/03/2009 di adeguamento del medesimo Regolamento a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007;

PREMESSO che il Responsabile dell'Unità Operativa di Anatomia ed Istologia Patologica del Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano ha richiesto la manutenzione di una cappa riduzione (Green ECO FLUX V 180), in uso alla stessa Unità Operativa;

CONSIDERATA la tipologia dell'intervento da eseguire e l'importo della spesa presunta, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 4.3. lettera a) del citato regolamento, richiedendo specifico preventivo di spesa a Ditta specializzata nel settore;

RITENUTO di poter individuare quale ditta idonea all'esecuzione dell'intervento di ripristino della funzionalità della cappa riduzione (Green ECO FLUX V 180), in uso all'Unità Operativa di Anatomia ed Istologia Patologica del Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano, la Ditta Kaltek di Padova in quanto specializzata nel settore delle manutenzioni di attrezzature sanitarie;

PRESO ATTO che il Servizio di Ingegneria Clinica ha richiesto alla Ditta Kaltek di Padova un preventivo di spesa per la manutenzione, le prove di funzionamento dell'aspirazione e la sostituzione dei filtri e dei prefiltri di detta cappa riduzione;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Kaltek di Padova n° 2789/LC/cc del 20.05.2011 relativo alla manutenzione, alle prove di funzionamento dell'aspirazione e alla sostituzione dei filtri e dei prefiltri della cappa riduzione in argomento, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. A);

PRESO ATTO della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile del predetto preventivo di spesa presentato dalla Ditta Kaltek di Padova;

PRESO ATTO, altresì, che il Direttore all'Unità Operativa di Anatomia ed Istologia Patologica ha espresso parere favorevole alla manutenzione della cappa riduzione di cui al preventivo di spesa presentato dalla Ditta Kaltek di Padova, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. B);

RITENUTO necessario dover provvedere alla manutenzione, alle prove di funzionamento dell'aspirazione e alla sostituzione dei filtri e dei prefiltri della cappa riduzione, al fine di evitare eventuali interruzioni delle prestazioni sanitarie erogate dall'Unità Operativa di Anatomia ed Istologia Patologica del Presidio Ospedaliero di Oristano;

VISTI i D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i e n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTE le L.R. 10/2006 e n° 05/2007 nonché il Regolamento Aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di affidare alla Ditta Kaltek di Padova la manutenzione, le prove di funzionamento dell'aspirazione e la sostituzione dei filtri e dei prefiltri della cappa riduzione (Green ECO FLUX V 180) in dotazione all'Unità Operativa di Anatomia ed Istologia Patologica del Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano, per l'importo complessivo presunto di Euro 1.773,60 IVA compresa;

Di autorizzare il costo complessivo presunto di Euro 1.773,60 IVA compresa, risultante dal preventivo presentato dalla predetta Ditta, relativamente alla manutenzione dell'apparecchiatura in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n° 0507020103 "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie a richiesta", autorizzazione di spesa n. 1 sub 99;

Di imputare il costo complessivo presunto di Euro 1.773,60 IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n° 5AAE0202A0200;


Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento tecnico;

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano

IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

-Dr. Ing. Barbara Podda-



Istruttoria Seoni Salvatore

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
ORISTANO**

Allegato alla Determinazione del Direttore del Servizio Ingegneria Clinica N° _____ DEL _____

Unità Operativa richiedente	Centro di Costo	Apparecchiatura	Ditta contattata	N° e data Preventivo	Preventivo IVA esclusa	IVA 20%	Preventivo IVA inclusa
Unità Operativa di Anatomia ed Istologia Patologica Presidio Ospedaliero di Oristano	5AAE0202A0200	Cappa riduzione (Green ECO FLUX V 180)	Ditta Kaltek di Padova	n° 2789/LC/cc del 20.05.2011	1.478,00	295,60	1.773,60

Manutenzione	578,00
N. 3 Prefiltri cad. 50,00 (eventuali)	150,00
N. 3 Filtri cad. 250,00	750,00
	1.478,00



su. a

Spett.le
ASL N. 5 ORISTANO
PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN MARTINO"
SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA
 Via Rockefeller snc - 09170 ORISTANO
 c.a.: Dott. Salvatore Seoni - Fax 0783/779102

Prot.n. 2789/LC/cc
 Padova, 20/05/2011

OGGETTO: Preventivo di spesa per il secondo intervento di manutenzione di n.1 cappa riduzione GREEN ECO FLUX V180

Con la presente sottoponiamo la nostra migliore quotazione per il servizio di manutenzione preventiva per il secondo intervento dell'anno 2011 di:

N. 1 CAPPDA RIDUZIONE GREEN ECO FLUX V180 in uso presso l'U.O. di Anatomia Patologica - 2° intervento effettuato sei mesi dopo il precedente, per la manutenzione e revisione funzionale, completa di sostituzione dei filtri e dei pre-filtri + prove funzionamento dell'aspirazione

Riportiamo di seguito le componenti della ns. offerta

Descrizione	Quantità		Prezzo Unitario	Prezzo Totale	Totale per intervento
Manutenzione e revisione funzionale completa di sostituzione filtri e prefiltri (non compresi)	Ore lavoro	2	€ 120,00	€ 240,00	€ 578,00
	Ore viaggio	1,4	€ 120,00	€ 168,00	
	Km	200	€ 0,85	€ 170,00	
Cod. 3369 CAPPASPIRANTE: PREFILTRO		3	€ 50,00	€ 150,00	€ 150,00
Cod. 3092 CAPPASPIRANTE: FILTRO FI		3	€ 250,00	€ 750,00	€ 750,00

Canone complessivo annuo € 1.478,00 + IVA 20% (millequattrocentosettantotto/00)

Il canone comprende il diritto di chiamata, ore viaggio, il rimborso chilometrico ed ogni possibile spesa per effettuare quanto sopra indicato con fatturazione anticipata in unica soluzione.

Dal canone sono esclusi: il servizio di smaltimento degli stessi, le parti di ricambio, tutti gli interventi o le riparazioni dovute ad eventi accidentali (catastrofi, incendi, alluvioni, terremoti ecc.) o che dipendano da incuria, dolo o colpa del personale operativo (caduta, negligenza, uso improprio o abuso dello strumento ecc.), riparazioni effettuate da persone non autorizzate o alterazioni dei valori di tensione o di frequenza superiori ai limiti previsti nel contratto con l'Enel (più o meno 10% del valore nominale). Eventuali danni causati da uso improprio o abuso dello strumento verranno valutati dal ns. tecnico in collaborazione con un Vs. rappresentante.

Restiamo in attesa di un Vs. riscontro alla presente, per procedere con la fatturazione del canone e cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.



35127 PADOVA Z.I. Sud - Via del Progresso, 2
 Tel. +39/049/8703410 r.a. - Telefax +39/049/8703383 - E-mail: info@kaltek.it - www.kaltek.it
 Iscritto Registro Imprese di Padova C.F. e n. Iscriz. 02405040284 - R.E.A. di Padova n. 227519
 RIVA 02405040284 - Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000002192

28/05/11

Att. B



ASL Oristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Servizio Ingegneria Clinica

Prot. 3173656

Oristano lì, 23/05/2011

OGGETTO: Richiesta parere preventivo.

**Al Dott. Giovanni Tolu
U.O. Anatomia Patologica P.O. Oristano**

Al fine di poter autorizzare la manutenzione della Cappa da riduzione Green Eco Plus in uso a codesta Unità Operativa, si chiede alla S.V. di esprimere un parere sulla validità tecnico/sanitaria e di congruità economica dell'allegato preventivo di spesa formulato dalla Ditta Kaltek.

Si resta in attesa di un Vs. cortese e urgente parere.



**IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
-Dr. Ing. Barbara Podda-**

Rag. Salvatore Seoni
0783 317356

01/06/11
Si esprime parere favorevole
fiorini Dr. Podda

