

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
N° 2 DEL 06/09/2018

Disamina documentazione tecnica presentata dalle Ditte partecipanti alla piattaforma telematica Sardegna-CAT, per la fornitura e posa in opera, in lotto unico di aggiudicazione, di n° 1 Autoclave di sterilizzazione per Blocco Operatorio, da destinare al P.O. "A.G. Mastino" di Bosa, cod. C.I.G.: Z1223EE04F

L'anno 2018, il giorno 6, del mese di settembre, alle ore 10,00 presso la Direzione Ospedaliera di Presidio, sita al 7° piano del Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano, si è riunita la Commissione Giudicatrice relativa alla gara in oggetto, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n° 776 del 12/06/2018 e così composta:

- Dott. Silvio Tanda, Direttore U.O. di Chirurgia, Blocco Operatorio P.O. di Bosa, ASSL di Oristano - PRESIDENTE
- Dott. Stefano Madeddu, Dirigente Medico presso il P.O. "A.G. Mastino" di Bosa, ASSL di Oristano – COMPONENTE
- Ing. Ester Mura, Collaboratore Tecnico SC Ingegneria Clinica, ASSL di Carbonia – COMPONENTE;
- Dott. Antonio Battista Scanu, Collaboratore Amministrativo, P.O. Coordinamento Attività Amministrative PP.OO., ASSL di Oristano - SEGRETARIO.

PREMESSO E CONSIDERATO che:

- con Deliberazione D.G. n° 2062 del 13/06/2018 è stata indetta procedura negoziata telematica per l'affidamento, in lotto unico di aggiudicazione, della fornitura e posa in opera di n° 1 Autoclave di sterilizzazione per Blocco Operatorio, da destinare al P.O. "A.G. Mastino" di Bosa;
- in data 05/07/2018 (Verbale Organo monocratico n° 1 del 05/07/2018) è stata effettuata la verifica inventariale della documentazione amministrativa presentata dalle **Ditte Getinge SpA di Cinisello Balsamo (Mi) e Steelco SpA di Riese Pio X (Tv)**;
- nella seduta del 06/07/2018 (Verbale Organo monocratico n° 2 del 06/07/2018) è stata effettuata la disamina della documentazione amministrativa delle succitate n° 2 Ditte, risultate entrambe complete e regolari e, pertanto, entrambe ammesse alle fasi successive di gara.

- con proprio Verbale n° 1 del 28/08/2018 la Commissione Giudicatrice ha effettuato la verifica inventariale dell'offerta tecnica presentata dalle succitate Ditte, procedendo all'apertura dei relativi file a corredo dell'offerta tecnica di gara;
- la Commissione Giudicatrice al fine dell'attribuzione del punteggio tecnico deve valutare unicamente la documentazione prodotta dal Concorrente in sede di offerta di gara;
- ciascun Concorrente doveva presentare una dettagliata offerta tecnica contenente i punti che seguono nell'ordine e titolo indicato:



- ✓ **PUNTO 1** Relazione tecnica intitolata **“Garanzia ed Assistenza Tecnica Triennale Post Vendita”**;
- ✓ **PUNTO 2** Relazione intitolata **“Installazione Collaudo”**;
- ✓ **PUNTO 3** Copia **“Dichiarazione di conformità in base alla Normativa di riferimento”**;
- ✓ **PUNTO 4** **“Corso di addestramento”** per il personale sanitario le cui modalità dovranno essere quelle indicate all’Art.6 del presente Capitolato;
- ✓ **PUNTO 5** Caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte complete di tutte le parti compresi gli accessori ordinari e le dotazioni inserite nell’ **“Allegato Scheda per offerta Tecnica”** (Allegato N.2 al Capitolato Tecnico);
- ✓ **PUNTO 6** Tutto il **materiale tecnico/scientifico** (depliant, schede tecniche ecc.) dell'apparecchiatura in lingua italiana o con traduzione letterale;
- ✓ **PUNTO 7** **“Relazione economica”** senza indicazione dei prezzi.

Preso atto che i **criteri qualitativi e quello relativo al prezzo** (criterio economico) del Capitolato Tecnico, e i relativi punteggi, sono suddivisi come specificato nella tabella di seguito riportata (max punteggio qualitativo 70/100, max punteggio economico/prezzo 30/100):



| CRITERIO | PUNTEGGIO MAX |
|---|---------------------|
| Criterio 1 - Caratteristiche generali e funzionali dell'intero sistema di sterilizzazione | MAX 32 PUNTI |
| Sub 1.1 - Caratteristiche del sistema di produzione vapore | 7 PUNTI |
| Sub 1.2 - Caratteristiche dei sistemi di sicurezza e di blocco | 5 PUNTI |
| Sub 1.3 - Caratteristiche dei cicli di sterilizzazione | 5 PUNTI |
| Sub 1.4 - Caratteristiche di efficientamento energetico quali: bassi consumi d'acqua, bassi consumi elettrici e bassa rumorosità | 5 PUNTI |
| Sub 1.5 - Caratteristiche dei materiali in acciaio e guarnizioni di sicurezza | 5 PUNTI |
| Sub 1.6 - Caratteristiche del sistema di monitoraggio, interfacce input/output e sistemi di stampa | 5 PUNTI |
| Criterio 2 - Accessori e migliorie aggiunte in offerta | MAX 16 PUNTI |
| Sub 2.1 - Offerta corredata di ulteriori unità di sterilizzazione e contestuale aumento del volume della camera (2 US = 0 punti; 3 US = 2 punti; 4 US = 4 punti) | 4 PUNTI |
| Sub 2.2 - Offerta corredata di addolcitore acqua per la riduzione della durezza dell'acqua di alimentazione per una migliore prestazione della pompa del vuoto (se presente 4 punti; se non presente 0 punti) | 4 PUNTI |
| Sub 2.3 - Offerta corredata di compressore d'aria silenziato per produzione di aria compressa per alimentare lo sterilizzatore (se presente 4 punti; se non presente 0 punti) | 4 PUNTI |
| Sub 2.4 - Offerta corredata di carrello di carico e scarico cestelli/vassoi (se presente 4 punti; se non presente 0 punti) | 4 PUNTI |
| Criterio 3 - Assistenza tecnica e formazione | MAX 22 PUNTI |
| Sub 3.1 - Mesi di garanzia ed assistenza ordinaria "full risk" in aggiunta (oltre i 12 mesi minimi) - un punto per ogni mese in aggiunta fino ad un max di 12 punti | 12 PUNTI |
| Sub 3.2 - Ore di formazione in aggiunta (oltre le 2 ore minime) un punto per ogni ora fino ad un max di 4 punti | 4 PUNTI |
| Sub 3.3 - Caratteristiche della proposta triennale di assistenza tecnica post garanzia quali: grado del full risk, prove di qualifica offerte e percentuale manutentiva annua offerta, corsi di formazione, etc | 6 PUNTI |
| Criterio economico/prezzo | |
| Ribasso base di gara | 30 PUNTI |

Il Presidente apre la seduta e, constatata la presenza di tutti i Componenti della Commissione, dà inizio alle operazioni di gara, in seduta riservata.

La Commissione Giudicatrice procede alla lettura e all'esame del Capitolato tecnico e degli allegati Tecnici **N° 1**: Caratteristiche Tecniche e valutazione qualitativa e **N°2**: Scheda per offerta Tecnica.

La Commissione Giudicatrice, letta e valutata la documentazione presentata dalle Ditte Getinge SpA di Cinisello Balsamo (Mi) e Steelco SpA di Riese Pio X (Tv); e tenuto conto dei criteri anzidetti, attribuisce i seguenti punteggi:

| | | GETINGE SpA | STEELCO SpA |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| CRITERIO | PUNTEGGIO MAX | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito |
| Criterio 1 - Caratteristiche generali e funzionali dell'intero sistema di sterilizzazione | MAX 32 PUNTI | | |
| Sub 1.1 - Caratteristiche del sistema di produzione vapore | 7 PUNTI | 6,67 | 6,67 |
| Sub 1.2 - Caratteristiche dei sistemi di sicurezza e di blocco | 5 PUNTI | 2,67 | 5,00 |
| Sub 1.3 - Caratteristiche dei cicli di sterilizzazione | 5 PUNTI | 4,33 | 5,00 |
| Sub 1.4 - Caratteristiche di efficientamento energetico quali: bassi consumi d'acqua, bassi consumi elettrici e bassa rumorosità | 5 PUNTI | 4,00 | 4,00 |
| Sub 1.5 - Caratteristiche dei materiali in acciaio e guarnizioni di sicurezza | 5 PUNTI | 3,33 | 5,00 |
| Sub 1.6 - Caratteristiche del sistema di monitoraggio, interfacce input/output e sistemi di stampa | 5 PUNTI | 4,00 | 4,00 |
| Criterio 2 - Accessori e migliorie aggiunte in offerta | MAX 16 PUNTI | | |
| Sub 2.1 - Offerta corredata di ulteriori unità di sterilizzazione e contestuale aumento del volume della camera (2 US = 0 punti; 3 US = 2 punti; 4 US = 4 punti) | 4 PUNTI | 0,00 | 2,00 |
| Sub 2.2 - Offerta corredata di addolcitore acqua per la riduzione della durezza dell'acqua di alimentazione per una migliore prestazione della pompa del vuoto (se presente 4 punti; se non presente 0 punti) | 4 PUNTI | 4,00 | 4,00 |
| Sub 2.3 - Offerta corredata di compressore d'aria silenziato per produzione di aria compressa per alimentare lo sterilizzatore (se presente 4 punti; se non presente 0 punti) | 4 PUNTI | 4,00 | 4,00 |
| Sub 2.4 - Offerta corredata di carrello di carico e scarico cestelli/vassoi (se presente 4 punti; se non presente 0 punti) | 4 PUNTI | 4,00 | 4,00 |
| Criterio 3 - Assistenza tecnica e formazione | MAX 22 PUNTI | | |
| Sub 3.1 - Mesi di garanzia ed assistenza ordinaria "full risk" in aggiunta (oltre i 12 mesi minimi) - un punto per ogni mese in aggiunta fino ad un max di 12 punti | 12 PUNTI | 12,00 | 12,00 |
| Sub 3.2 - Ore di formazione in aggiunta (oltre le 2 ore minime) un punto per ogni ora fino ad un max di 4 punti | 4 PUNTI | 4,00 | 4,00 |
| Sub 3.3 - Caratteristiche della proposta triennale di assistenza tecnica post garanzia quali: grado del full risk, prove di qualifica offerte e percentuale manutentiva annua offerta, corsi di formazione, etc | 6 PUNTI | 5,00 | 5,00 |
| | totale | 58,00 | 64,67 |


Alle ore 12:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Delle operazioni eseguite nel corso della seduta viene redatto il presente Verbale, di seguito sottoscritto in segno di accettazione e conferma.

PRESIDENTE Dott. Silvio Tanda,



Componente Dott. Stefano Madeddu,



Componente Ing. Ester Mura,



Segretario Dott. Antonio Battista Scanu,

