
Fornitura e Posa in Opera di N°1 TAC 16 (sedici) strati, N°2 Sistemi radiologici telecomandati polifunzionali con tecnologia DR e N° 1 mammografo con tecnologia DR per i Presidi Ospedalieri di Bosa e Ghilarza

CHIARIMENTI pubblicati il 20.02.2012

CHIARIMENTI richiesti il 07.02.2012 su allegato n.2 "Caratteristiche tecniche Lotto 2"

Quesito

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti:

Nell' "ALLEGATO N°2 –CARATTERISTICHE TECNICHE LOTTO N°2- " viene richiesto:

Stativo portatubo

· Stativo portatubo pensile con movimenti manuali servoassistiti, ad ampia escursione longitudinale e trasversale ed escursione verticale non inferiore a 150 cm. (Precisare)

· Il sistema dovrà assicurare un'ampia rotazione del tubo radiogeno sia lungo l'asse telescopico sia lungo l'asse orizzontale. (Precisare)

Successivamente viene richiesto in "**CONFIGURAZIONE COMPLETA (OPZIONALE)**":

2° Sorgente radiogena

Teleradiografo

Detettore mobile

Lo stativo pensile è da installare subito o successivamente come opzionale assieme alla sorgente radiogena?

Risposta:

Per mero errore materiale la descrizione dello stativo pensile è stata inserita nella parte relativa alla configurazione base, come correttamente richiesto essa fa invece riferimento alla configurazione completa richiesta come opzionale.