



Fornitura e Posa in Opera di N°1 TAC 16 (sedici) strati, N°2 Sistemi radiologici telecomandati polifunzionali con tecnologia DR e N° 1 mammografo con tecnologia DR per i Presidi Ospedalieri di Bosa e Ghilarza

CHIARIMENTI n.5 pubblicati il 29.03.2012

CHIARIMENTI richiesti il 15.03.2012

Quesito 1 (amministrativo) su Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3

Con riferimento alla gara in oggetto siamo a chiedere se il costo della manutenzione triennale incide ai fini dell'attribuzione del punteggio economico e se tale costo può superare la base d'asta?

Risposta al Quesito 1

No. Il costo della manutenzione triennale non incide ai fini dell'attribuzione del punteggio economico. Il costo effettivo della fornitura è quello indicato nell'allegato "Modello A" offerta economica distinto come "IMPORTO COMPLESSIVO dell'APPARECCHIATURA decurtato del valore di riscatto dell'app.ra sopra indicata (sul quale sarà calcolato il ribasso percentuale dell'offerta)"

QUESITO n.2 su Lotto 2

In riferimento al Lotto 2 per le parti dell'apparecchiatura che sono indicate come "opzionali" come viene valutato il punteggio tecnico su di esse?


RISPOSTA al quesito n.2

Le parti opzionali non sono oggetto di valutazione. Si precisa che per il Lotto 2 verrà valutato solo lo stativo portatubato relativo al tavolo telecomandato richiesto nella configurazione base e non lo stativo pensile offerto come opzionale.

CHIARIMENTI richiesti il 19.03.2012

QUESITO n.3 su Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3

All'art.8 del Capitolato Tecnico è riportato quanto segue: Si precisa che tutte le opere murarie saranno realizzate dalla ASL 5 di Oristano conformemente al progetto di installazione presentato in offerta mentre le predisposizioni impiantistiche di sala saranno a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere accompagnate da dichiarazione di conformità alla regola d'arte per i locali ad uso medico cui risultano essere destinati" omissis...Sulla base di quanto indicato si chiede di specificare, per ciascun lotto quali delle seguenti parti impiantistiche devono essere ritenute comprese nell'offerta: omissis...



RISPOSTA al quesito n.3

Per tutti e tre i lotti

Saranno a carico della stazione appaltante i seguenti lavori:

Opere di demolizione.
Opere murarie e affini
Protezione anti X relativamente a pannelli murali piombati porte e visive anti-x
Impianto elettrico per Luci e FM
Impianto di illuminazione di sala e di emergenza.
Impianto di raffreddamento per abbattimenti dei carichi termici.
Quadro elettrico relativo ai servizi di sala e Linea elettrica a servizio del Q.E. dell'apparecchiatura.
Controsoffiti

Tali lavori verranno realizzati conformemente al progetto di installazione presentato dalla Ditta Offerente.

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria i restanti lavori strettamente connessi all'installazione dell'apparecchiatura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli indicati all'articolo 8 del Capitolato Tecnico tra cui risultano anche le seguenti lavorazioni esplicitamente richieste:

Protezione anti X legate all'installazione delle apparecchiature: lampade di segnalazione, microcontatti su porta, ecc.
Opere di preinstallazione: (canalette a pavimento, collegamenti elettrici apparecchiatura, pulsanti a fungo, ecc.)
Realizzazione ed installazione del nuovo Q.E. per apparecchiatura.
Elementi attivi hub e switch per impianto rete dati se necessari per il collegamento dell'apparecchiatura al sistema RIS PACS di prossima acquisizione.

Si precisa che lo stativo pensile è richiesto come opzionale, nella parte relativa all'opzione dovrà pertanto essere previsto anche il supporto per l'ancoraggio a soffitto dello stesso.

QUESITO n.4 (amministrativo) su Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3

nel prospetto offerta economica mod. A, viene chiesto di indicare l'eventuale valore di riscatto dell'apparecchiatura e il conseguente importo complessivo decurtato del valore del riscatto. Si chiede conferma che si tratta di un rifiuto

RISPOSTA al quesito n.4

No. si chiede di indicare il valore dell'apparecchiatura di proprietà di questa azienda della quale è richiesto il ritiro (nei lotti ove ricorre tale fattispecie), e di decurtare tale valore dall'importo dell'apparecchiatura offerta.



CHIARIMENTI richiesti il 21.03.2012

QUESITO n.5 su Lotto 1

Relativamente al Lotto 1 nel Capitolato di gara, a pagina 4 è riportato tra le caratteristiche di minima della workstation indipendente: Doppio monitor diagnostico a colori da 3 Mpixels ad alta risoluzione e grandi dimensioni.

Dato che i monitor che normalmente vengono utilizzati in TC non hanno bisogno di questa risoluzione, si chiede di confermare l'effettiva necessità di queste caratteristiche, ovvero la possibilità di offrire monitor ad alta risoluzione con certificazione medicale comunemente utilizzati in modalità TC

RISPOSTA al quesito n.5

Si conferma quanto richiesto da Capitolato.

QUESITO n.6 (amministrativo)

nel bando di gara e nell'istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva "Allegato B" viene chiesto di indicare per la capacità economica-finanziaria e capacità tecnica i dati relativi agli ultimi tre esercizi e vengono precisati gli anni 2008/2009/2010.

dobbiamo ritenere confermati questi tre esercizi o dobbiamo considerare come ultimo esercizio il 2011?

RISPOSTA al quesito n.6 (amministrativo)

si conferma la richiesta di indicazione di dati per gli esercizi 2008/2009/2010

CHIARIMENTI richiesti il 23.03.2012

QUESITO n.7 – Lotto 1 – TAC

si chiede di indicare quali delle seguenti lavorazioni sono poste a carico dell'aggiudicataria e quali opere sono invece a cura della Stazione Appaltante: omissis

RISPOSTA al quesito n.7

Lotto 1

Saranno a carico della stazione appaltante i seguenti lavori:

- Opere di demolizione.
- Opere murarie e affini
- Protezione anti X relativamente a pannelli murali piombati porte e visive anti-x
- Impianto elettrico per Luci e FM
- Impianto di raffreddamento per abbattimenti dei carichi termici.
- Linea elettrica a servizio del Q.E. dell'apparecchiatura.



Tali lavori verranno realizzati conformemente al progetto di installazione presentato dalla Ditta Offerente.

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria i restanti lavori strettamente connessi all'installazione dell'apparecchiatura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Protezione anti X legate all'installazione della TAC: lampade di segnalazione, microcontatti su porta, ecc.

Opere di preinstallazione TAC: (canalette a pavimento, collegamenti elettrici apparecchiatura, pulsanti a fungo, ecc.)

Realizzazione ed installazione del nuovo Q.E. per apparecchiatura TAC.

Si conferma che la realizzazione di UTA + gruppo frigo saranno a carico della stazione appaltante.

QUESITO n.8 – Lotto 1 e Lotto 3

Si chiede di confermare che a carico dell'aggiudicataria vi è solo il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, mentre la direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione saranno a cura di codesto spett.le ente, e pertanto non oggetto di questo appalto.

RISPOSTA al quesito n.8

Lotto 1: A carico della società aggiudicataria vi è solo il Coordinatore della Sicurezza nella fase di Progettazione. In merito al Lotto 1 (TAC) essendo previsti dei lavori preliminari di grossa entità il Direttore dei Lavori e il coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione saranno a carico dell'ente per i lavori da svolgere preliminarmente alla consegna e installazione dell'apparecchiatura.

Lotto 3: A carico della società aggiudicataria vi è solo il Coordinatore della Sicurezza nella fase di Progettazione. Per quanto attiene il Lotto 3 (MAMMOGRAFO) non sono previsti lavori preliminari di grande entità.

Si precisa che tutto quanto risulterà necessario per la corretta installazione dell'apparecchiatura, risulta a carico della Ditta aggiudicataria.

CHIARIMENTI richiesti il 26.03.2012

QUESITO n.9 su Lotto 2

la stazione di refertazione a completamento della fornitura dell'unità mammografica sarà installata nella sala mammografica o in altra sede? Se sì dove?

Qualora l'attuale stato della sala mammografica risultante totalmente idoneo a ricevere la nuova apparecchiatura mammografica, il progetto tecnico deve essere comunque presentato (pag.19 capitolato tecnico)?

RISPOSTA al quesito n.9

La stazione di refertazione sarà installata in sala refertazione.

Si. Il progetto di installazione deve essere presentato per tutte le diagnostiche. Laddove non dovessero sussistere delle grosse lavorazioni questo va esplicitamente indicato in progetto.

CHIARIMENTI richiesti il 27.03.2012

QUESITO n.10 – Lotto 2

nell'art.12 "offerta tecnica del Capitolato tecnico si precisa l'elenco della documentazione da inserire nella busta n.3, tra cui la scheda tecnica preliminare (punto 11) sul modello della suddetta scheda tecnica preliminare (allegato tecnico n.4 del Capitolato) è indicata la seguente nota: "scheda tecnica da compilare integralmente da parte della ditta offerente relativamente ad ogni dispositivo medico offerto e da allegare all'offerta nella versione su carta". A tale proposito si chiede di specificare in quale busta dovrà essere inserita la scheda tecnica preliminare.

RISPOSTA al quesito n.10

La scheda tecnica preliminare va inserita nella busta n.3 relativa all'offerta tecnica.

QUESITO n.11 – Lotto 2

nella tabella relativa ai criteri qualitativi relativi al Lotto 2 (Capitolato tecnico) al sub criterio 1.4 viene riportato "caratteristiche prestazionali ergonomiche dello stativo porta-tubo – fattore di ponderazione 10", mentre lo stativo porta-tubo fa riferimento alla configurazione completa richiesta come opzionale (Vs. chiarimenti pubblicati il 20.02.2012). A tal riferimento si chiede di specificare come dovranno essere considerati i criteri di valutazione.

RISPOSTA al quesito n.11

Le parti opzionali non sono oggetto di valutazione. Si precisa che per il lotto 2 verrà valutato solo lo stativo porta-tubo relativo al tavolo telecomandato richiesto nella configurazione base e non lo stativo pensile offerto come opzionale.

CHIARIMENTI richiesti il 27.03.2012

QUESITO n.12 – Lotto 2

in riferimento alla parte tecnica del Lotto 2, la compilazione della "Scheda tecnica preliminare" riferita ad ogni dispositivo medico offerto, è prevista anche per le apparecchiature opzionali?

RISPOSTA al quesito n.12

SI. La scheda tecnica preliminare è richiesta per le apparecchiature in configurazione base e per quelle opzionali.

