

Prot. NP/2018/

Oristano,

Alla Dott.ssa Rosalba Muscas  
Direttore della S.C. Giuridico Amm.vo  
ASSL Oristano - Sede -

Oggetto: Richiesta acquisto simulatori di parto -


Si comunica che questa S.C. (capofila ASSL Oristano), così come richiesto dall'Ass.to Regionale della Sanità, deve provvedere alla realizzazione del percorso formativo "Gestione delle emergenze ostetriche in Regione Sardegna". Per poter espletare le relative attività didattiche è necessario disporre di attrezzature specifiche, in particolare n. 3 manichini simulatori di parto e n. 1 manichino neonato.

A tal fine si allega alla presente un prospetto da cui si evincono le caratteristiche dei prodotti da acquistare.

Ogni eventuale chiarimento potrà essere chiesto alla Dott.ssa Marina Cossu, Referente Area Formazione ASSL Oristano (tel. 0783/317889- 3336558490 - marina.cossu@atssardegna.it).

In attesa di cortese riscontro, cordiali saluti,

Il Direttore S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Org.vo  
Dott. Giovanni Salis



Referente Formazione ASSL Oristano: M. Cossu 

Formazione ASSL Oristano: M.A. Cadau 

Tel. 0783/317889/7827 - E.mail [formazione@asloristano.it](mailto:formazione@asloristano.it)

Caratteristiche dei simulatori.

**1) n. 1 manichino per la simulazione del parto strumentale** composto da:

- Bacino ad alta fedeltà per il parto con morsetti per bloccaggio dello stesso al tavolo.

Deve possedere le seguenti caratteristiche:

- Composto da gomma performante al fine di garantire una corretta elasticità del bacino;
- Materiale di copertura altamente realistico in grado di riprodurre i tessuti umani;
- Composto da un blocco unico (senza parti da montare o staccabili/sostituibili);
- Permettere il parto con ventosa;
- Anatomicamente corretto;
- Dotato di due morsetti per il bloccaggio del bacino al tavolo;
- Dotato di un alto pavimento pelvico in grado di rendere il parto estremamente realistico.

Testa per il parto strumentale avente le seguenti caratteristiche:

- realizzata in materiale altamente realistico in grado di riprodurre i tessuti umani e anatomicamente corretto;

- Composto da un blocco unico (senza parti da montare o staccabili/sostituibili);
- Permettere il parto con ventosa;
- la testa del feto con fontanelle palpabili posizionate perfettamente, secondo i calcoli del Prof. Aldo Vacca.

**2) n. 1 manichino per la simulazione del parto con morsetti per il bloccaggio del bacino al tavolo**, composto da:

- gomma performante al fine di garantire una corretta elasticità del bacino;
- materiale di copertura altamente realistico in grado di riprodurre i tessuti umani;
- composto da un blocco unico (senza parti da montare o staccabili/sostituibili);
- deve permettere il parto cefalico, podalico e la distocia di spalla;
- anatomicamente corretto;
- dotato di due morsetti per il bloccaggio del bacino al tavolo;
- dotato di un dispositivo metallico, agganciabile al feto, che permette la gestione dell'avanzamento del feto da parte dell'istruttore;

- feto ad alta fedeltà, anatomicamente corretto, avente le seguenti caratteristiche:

- materiale in gomma performante al fine di garantire una realistica elasticità del feto;
- materiale altamente realistico in grado di riprodurre i tessuti umani;
- completamente articolato e dotato di uno scheletro di metallo interno per garantire massima mobilità;
- composto da un blocco unico (senza parti da montare o staccabili/sostituibili);
- dotato di un sito per l'inserimento del dispositivo di avanzamento a distanza;
- completamente ricoperto dalla pelle così da non presentare parti o giunture visibili a livello delle articolazioni di braccia e gambe così da garantire un maggior realismo allo scenario.

**3) n. 1 simulatore di parto** costituito da:

- manichino femminile con parte inferiore del busto, bacino e parte superiore delle gambe;
- feto;
- placenta;
- addome della madre;
- perineo e canale di parto;
- custodia per trasporto;
- comprensivo del modulo per Dilatazione e Rimozione della cervice uterina.

Deve comprendere:

**a) un manichino femminile** costituito dalla parte inferiore del busto, bacino e parte superiore delle gambe, senza lattice, avente le seguenti caratteristiche:

- cosce articolate per simulare differenti posizioni: McRobert's, all-fours, litotomica, semiappoggiata;
- bacino realistico;
- pelle perineale e addominale removibile per permettere la visualizzazione di manovre interne e posizionamento del feto durante il training;
- muscolatura perineale e pelle estensibili e durevoli.

Deve consentire la simulazione di diverse posizioni e diverse tecniche per il parto: parto normale, parto podalico, parto con ventosa, gestione della distocia di spalla; parto con forcipe; espulsione della placenta;

- Prolasso del cordone;
- Possibilità di cateterismo urinario;
- Iniezione intra-muscolare;
- la base deve essere dotata di velcro per un comodo fissaggio al tavolo o al lettino;
- Pelle lavabile con acqua e sapone;
- compatibilità CE.
- custodia per trasporto;
- lubrificante.

**b) un manichino rappresentante un neonato a termine**, senza lattice, con:

- corpo completamente articolato;
- fontanella palpabile;
- clavicole e scapole;
- placenta e cordone ombelicale;
- Pelle lavabile con acqua e sapone;
- compatibilità CE.

**4) n. 1 manichino rappresentante un neonato a termine (40 settimane)** avente le seguenti caratteristiche:

- 50 th percentile, di circa 50 cm e del peso di circa 3Kg;
- vie aeree che presentino tutti gli aspetti della gestione delle stesse, incluso l'uso dei dispositivi per le vie aeree a pressione positiva e il posizionamento del tubo ET e della LMA;
- busto che includa la funzionalità per alleviare la tensione del pneumotorace attraverso la decompressione con ago;
- ombelico provvisto di polso generato manualmente e che possa essere valutato, tagliato e cateterizzato per l'accesso venoso;
- funzione di accesso intraosseo in entrambe le gambe;

AUEGADO 2) ALLA DETERMINA  
DEL DIRETTORE ASSI N. DEL  
COMPOSTO N. 1. FOLIO DEL

Oggetto RdO N. 2061584 SUL MERCATO MEPA PER LA FORNITURA  
DI SIMULATORI DI PARTO E NEONATO

Mittente <formazione.assloristano@atssardegna.it>

Destinatario ROSALBA MUSCAS <r.muscas@atssardegna.it>

Cc MARIA GIULIANA MEDDE  
<mariagiuliana.medde@atssardegna.it>

Data 2018-10-05 09:05

Priorità Alta



**ATSSardegna**  
Azienda Tutela Salute

Buongiorno,

in riferimento alla RdO n. 2061584 sul Mercato MePa per la fornitura di simulatori di parto e neonato occorrenti per la realizzazione dell'evento formativo "Gestione delle emergenze ostetriche in Regione Sardegna", dopo aver esaminato le caratteristiche tecniche delle offerte pervenute, si comunica quanto segue:

- Lotto 1) manichino per la simulazione del parto strumentale:

si dichiara che il prodotto offerto dalla Ditta Accurate S.r.l. è conforme a quanto richiesto;

- Lotto 2) manichino per la simulazione del parto:

si dichiara che il prodotto offerto dalla Ditta Accurate S.r.l. è conforme a quanto richiesto;

- Lotto 3) simulatore di parto:

a) si dichiara che il prodotto offerto dalla Ditta Accurate S.r.l. è conforme a quanto richiesto;

b) il prodotto offerto dalla Ditta Laerdal Medical AS non risulta conforme in quanto privo "dell'addome della madre", come espressamente richiesto, fondamentale in semeiotica ostetrica in quanto consente la manovra di Leopold oltrechè una maggiore veridicità della simulazione;

- Lotto 4) manichino rappresentante un neonato a termine:

si dichiara che sia il prodotto offerto dalla Ditta Accurate S.r.l. che quello offerto dalla Ditta Laerdal Medical AS sono conformi a quanto richiesto.

Cordiali saluti,

Marina Cossu  
Referente Area Formazione ASSL Oristano  
tel. 0783/317889

1